

PFŚ.271.3.12.2025

Dzierżążnia dnia 30.10.2025r.

Strona internetowa

<https://ugdzierzaznia.bip.org.pl/>

WYJAŚNIENIE NR 1

Dotyczy: zaproszenia do złożenia oferty na realizację zadania pn.: „Doposażenie magazynu Obrony Cywilnej i Ochrony Ludności Gminy Dzierżążnia”

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający, w trosce o maksymalizację konkurencyjności i chęć uzyskania możliwie największej liczby ofert, rozważy modyfikację SWZ polegającą na wydzieleniu z Pakietu zakupu defibrylatora AED jako osobnej części zamówienia? Wydzielenie tego urządzenia jako osobnej części zamówienia pozwoliłoby na udział w postępowaniu szerszemu gronu wykonawców. To z kolei wprost zwiększyłoby konkurencyjność i umożliwiło Zamawiającemu otrzymanie większej liczby ofert, co leży w interesie optymalnego wydatkowania środków publicznych.

Odpowiedź:

Zamawiający zmodyfikował zapytanie ofertowe oraz załączniki w tym zapytaniu ofertowym. Zamawiający zapytanie ofertowe podzielił na części i przedłużył termin składania ofert do 5 listopada do godz. 10.00.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty na wysokiej klasy defibrylator AED, który przeprowadza kompleksowe autotesty kluczowych komponentów samego urządzenia (takich jak gotowość baterii i poprawność oprogramowania), gwarantując pełną gotowość operacyjną, natomiast weryfikacja gotowości elektrod (traktowanych jako sterylne, jednorazowy materiał eksploatacyjny) opiera się na bieżącej kontroli ich daty ważności widocznej na opakowaniu? Wnosimy o dopuszczenie takiego rozwiązania jako równoważnego, ponieważ jest ono standardem stosowanym przez wielu czołowych producentów i w pełni zapewnia gotowość oraz bezpieczeństwo użycia defibrylatora w kluczowym momencie akcji ratowniczej.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na wysokiej klasy defibrylator AED, który przeprowadza kompleksowe autotesty kluczowych komponentów samego urządzenia.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty na wysokiej klasy defibrylator AED posiadający stopień ochrony IP54, który zapewnia tę samą, wysoką ochronę pyłoodporną (pierwsza cyfra '5') co wymagana klasa IP55 oraz gwarantuje pełną ochronę przed bryzgami wody padającymi z dowolnego kierunku (cyfra '4')? Wnosimy o dopuszczenie

takiego rozwiązania jako równoważnego, ponieważ poziom ten w pełni zabezpiecza urządzenie przed typowymi zagrożeniami środowiskowymi, takimi jak kurz, deszcz czy wysoka wilgotność, jakie mogą wystąpić podczas akcji ratowniczej, i jest powszechnie stosowanym standardem dla tej klasy sprzętu medycznego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na wysokiej klasy defiblator AED posiadający stopień ochrony IP54

WOJT
mgr inż. Adam Sobiecki