

PFŚ.271.3.12.2025

Dzierżążnia dnia 30.10.2025r.

Strona internetowa

<https://ugdzierzaznia.bip.org.pl/>

WYJAŚNIENIE NR 2

Dotyczy: zaproszenia do złożenia oferty na realizację zadania pn.: „Doposażenie magazynu Obrony Cywilnej i Ochrony Ludności Gminy Dzierżążnia”

Pytanie nr 1

Czy dopuszczają Państwo do postępowania defibrylator AED o podanej poniższej specyfikacji :

- Dostarczany z 3 zaprogramowanymi językami
- Funkcja wykrywania rozrusznika serca
- Lekki , poniżej 2 kg z baterią
- Elektrody z okresem trwałości 2 lat od daty produkcji
- Bateria z okresem trwałości : 5 lat od daty instalacji
- Dostępny w wersji półautomatycznej oraz w pełni automatycznej
- Klasa IP 55
- Łatwe przełączanie trybu dorosły/dziecko za pomocą przycisku
- Aktualny z najnowszymi wytycznymi ERC
- Czytelny wyświetlacz wskazujący: stan baterii, stan elektrod
- Elektrody uniwersalne dla dzieci oraz dorosłych
- Auto testy : dzienne, tygodniowe, miesięczne
- Akcja zapisuje się na karcie SD
- Wewnętrzna karta SD , Komunikacja IR

SPECYFIKACJA :

Ogólne

- Wymiary : 200 x 286,5x 90 mm
- Waga : ok. 1,95 kg wliczając baterię (bez elektrod)
- Dorosły : 170 - 195 J $\pm$ 5%
- Dziecko : 44 - 51 J $\pm$ 5%

EKG

- Odprowadzenie : II (RA,LL)
- Zakres impedancji : 25 - 200 ohm

Wyświetlacz

- Przyciski kontrolne : Przycisk włączania/wyłączania,
- przycisk defibrylacji, przycisk wyboru defibrylacji dorosły/dziecko, wybór języka
- Wskaźniki wizualne : Status AED, Status baterii, Status elektrod, Status temperatury , LED
- Wskaźniki dźwiękowe: Komendy głosowe, Komendy CPR, Krytyczny stan baterii, błędny auto-test urządzenia, alarm nieprawidłowej pracy urządzenia

Autotesty

- Cykle: dzienny, tygodniowy, miesięczny

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza defibylator o podanych wyżej parametrach.

Pytanie nr 2

Czy wydzieli Państwo defibrylatory do oddzielnego pakietu? zdecydowanie zwiększy to konkurencyjność ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający zmodyfikował zapytanie ofertowe oraz załączniki w tym zapytaniu ofertowym. Zamawiający zapytanie ofertowe podzielił na części i przedłużył termin składania ofert do 5 listopada do godz. 10.00.

WOIT
mgr inż. Adam Sobiecki